MESURE DE LA GLYCEMIE

1 Retirez si nécessaire la puce blanche. Insérez une puce noire et laissez-la dans le lecteur. **Une fois pour toutes !**

2 **Insérez la bandelette** après avoir vérifié la date de péremption inscrite sur le flacon. Le lecteur s'allume automatiquement.



3 Le symbole d'une goutte clignote à l'écran. **Prélevez une petite goutte de sang.**

4 **Appliquez la goutte de sang** à l'extrémité de la bandelette.

Lorsque la quantité de sang est suffisante, vous entendrez un « **bip** », un sablier apparaît à l'écran.

Résultat en 5 secondes
Au retrait de la bandelette, le lecteur s'éteint automatiquement.

PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE

Autopiqueur qui arme et pique en même temps

ACCU-CHEK® FastClix

1 Armez et piquez en 1 clic

2 Changez de lancette en actionnant le levier

Nombre de lancettes neuves restantes

11 profondeurs de piqûre

INSERTION D'UN BARILLET



Retirez l'embout.



Insérez un barillet, puis replacez l'embout.

www.diabeteetados.fr
www.diabeteaufeminin.fr

Roche

Assistance utilisateur
contactez-nous
0 800 27 26 93
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK, PERFORMA et FASTCLIX sont des marques du Groupe Roche. © 2013 Roche Diagnostics France

4741 - PROXG - 04 76 41 31 31 Réf. 00056006371 - 01/2013

ACCU-CHEK® Performa

Roche

ACCU-CHEK® Performa

L'essentiel tout simplement !

Mode d'emploi simplifié

www.accu-chek.fr

ACCU-CHEK®

PREMIÈRE UTILISATION

1 Insérez une puce noire et laissez-la dans le lecteur. **Une fois pour toutes !**

2 Allumez le lecteur en **appuyant sur** ⓘ.

3 Le lecteur est préréglé.
Appuyer 5 fois sur ⓘ pour valider les paramètres (heure, minutes, jour, mois, année).
Il est possible de les modifier en appuyant sur ◀ ou ▶.

4 Lorsque la bandelette clignotante apparaît à l'écran vous pouvez :

- Eteindre le lecteur en appuyant sur ⓘ

ou bien

- Insérer une bandelette dans le lecteur et mesurer votre glycémie.

RÉGLAGES : POUR ALLER PLUS LOIN

ⓘ VALIDER | ◀ ▶ MODIFIER LES PARAMÈTRES

Paramètres à régler :
heure, minutes, jour, mois, année, signal sonore, sonneries de rappel (jusqu'à 4 sonneries programmables), **alerte de risque d'hypoglycémie**.

1 **Pour accéder au mode réglage,** appuyez sur la touche ⓘ.
Le lecteur se met en marche.



2 Appuyez longuement sur la touche ⓘ jusqu'à ce que « **set-up** » s'affiche.

Les paramètres « **set-up** », « **heure** » et « **date** » apparaissent.

3 Pour modifier un paramètre, appuyez sur ◀ ou ▶.
Pour passer au paramètre suivant, appuyer sur ⓘ.

Vous pouvez **quitter le mode réglage** à tout moment en appuyant longuement sur la touche ⓘ. Le symbole de la bandelette clignote .
Vous pouvez alors insérer une bandelette pour mesurer une glycémie, ou bien éteindre le lecteur en appuyant sur la touche ⓘ.

MÉMOIRES ET MOYENNES



MÉMOIRES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la **mémoire**.
Le résultat le plus récent apparaît.
Appuyez sur la touche ◀ pour afficher les **résultats précédents** et sur la touche ▶ pour revenir aux résultats les plus récents.
Appuyez sur la touche ⓘ pour éteindre le lecteur.

MOYENNES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la mémoire.
Le résultat le plus récent apparaît.
Appuyez sur la touche ▶ pour avoir les **moyennes** sur 7, puis sur 14 ou 30 jours.
Appuyez sur la touche ⓘ pour éteindre le lecteur.

CONNEXION INFORMATIQUE

Lecteur éteint, appuyez simultanément sur les touches ◀ et ▶ jusqu'à ce que le voyant ci-dessous apparaisse en clignotant :



Vous pouvez maintenant transférer par infrarouge vos données à un ordinateur ou à un ordinateur de poche.